

投影機

スクリーン上に対象物の拡大像を描写

[型式]

(株) ミットヨ PJ311

[仕様]

最小読み取り値：1 μ m

倍率：5, 10, 20, 50, 100 倍

測定物の移動範囲：200mm×75mm

[設置年度]

1994 年度（平成 6 年度）



○ 設備・機器に関してのご質問，設備利用の手続き等は，[センター](#)の電話番号にお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は[設備利用のページ](#)でご確認ください。

令和 4 年 7 月 26 日