

X線応力測定装置

熱処理・塑性加工等により発生する残留応力の測定

[型式]

（株）リガク MSF-3M

[仕様]

X線発生装置出力 30kv, 10mA, X線管球 Cr, V, Co, 実効焦点 4×4mm, 適応材料：鉄鋼, アルミ

[設置年度]

2000 年度（平成 12 年度）



○ 設備・機器に関してのご質問，設備利用の手続き等は，[センター](#)の電話番号にお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は[設備利用のページ](#)でご確認ください。

令和 4 年 7 月 26 日