

## 熱膨張測定装置

各種材料の熱膨張率の測定

### [型式]

品川白煉瓦 SL-1600A

### [仕様]

測定最高温度：1600℃， 測定方法：非接触レーザ透過式

### [設置年度]

1994 年度（平成 6 年度）



○ 設備・機器に関してのご質問，設備利用の手続き等は，[センター](#)の電話番号にお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は[設備利用のページ](#)でご確認ください。

令和 4 年 7 月 26 日