

## 熱伝導率計

コンクリート，樹脂，木材の熱伝導率測定

### 【型式】

京都電子工業（株） QTM-710

### 【仕様】

測定範囲 0.02~10kcal/mh°C プローブ式 使用温度 -10~200°C

### 【設置年度】

2019 年度（令和元年度）



○ 設備・機器に関してのご質問，設備利用の手続き等は，[センター](#)の電話番号にお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は[設備利用のページ](#)でご確認ください。

令和4年7月26日