

## 複合サイクル試験機

製品、材料の寿命を見極めるための金属・表面処理等の耐食性評価

### [型式]

スガ試験機（株）CYP-120

### [仕様]

(1)塩水噴霧試験, (2)熱風乾燥試験, (3)湿潤試験, (4)外気導入試験, (5)温湿度試験, 及び(1)~(5)の自動サイクル試験を行うことができます。

試験槽：1200×800×500mm

塩水噴霧装置：噴霧塔方式, ISO 9227・JIS Z 2371 準拠

JASO 日本自動車技術会規格 複合サイクル試験準拠

### [設置年度]

2012 年度（平成 24 年度）



○ 設備・機器に関してのご質問、設備利用の手続き等は、[センター](#)の電話番号にお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は[設備利用のページ](#)でご確認ください。

令和 4 年 7 月 26 日