

無響室・残響室

機器の音響測定，吸音・遮音測定

[型式]

ヤマトリサーチ製

[仕様]

残響室の容積：約 180m³，床面積：25.9m²

無響室の暗騒音レベル：20dBA 以下，床面積：24.4m²

[設置年度]

1993 年度（平成 5 年度）



○ 設備・機器に関してのご質問，設備利用の手続き等は，[センター](#)の電話番号にお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は[設備利用のページ](#)でご確認ください。

令和 4 年 7 月 26 日