

シールドルーム

部屋全体を金属板で囲い、電子機器から発生する電磁障害波を測定

【型式】

ヤマトリサーチ製

【仕様】

12m × 6m ×高さ 2.5m

銅箔 70 μ m シールド構造

【設置年度】

1993 年度（平成 5 年度）



○ 設備・機器に関してのご質問、設備利用の手続き等は、[センター](#)の電話番号にお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は[設備利用のページ](#)でご確認ください。

令和 4 年 7 月 26 日