

## 恒温恒湿器（460L）

製品や部品の耐久性・信頼性試験のために、耐熱性試験、耐湿試験、冷熱繰り返し試験する装置

### 【型式】

楠本化成（株） FX420N

### 【仕様】

- ・  $-40^{\circ}\text{C}$ ～ $150^{\circ}\text{C}$ の範囲で温度制御
- ・  $20^{\circ}\text{C}$ → $-40^{\circ}\text{C}$ で 50 分以内， $20^{\circ}\text{C}$ → $100^{\circ}\text{C}$ で 30 分以内の温度制御
- ・  $50\sim 90\text{RH}\%$ ( $10^{\circ}\text{C}$ )， $40\sim 98\text{RH}\%$ ( $20^{\circ}\text{C}$ )， $25\sim 98\text{RH}\%$ ( $50^{\circ}\text{C}$ )， $20\sim 98\text{RH}\%$ ( $85^{\circ}\text{C}$ )で湿度制御  
(RH：相対湿度)
- ・ 幅 700×奥 950×高 700mm の容量

### 【設置年度】

2015 年度（平成 27 年度）



○ 設備・機器に関してのご質問，設備利用の手続き等は，[センター](#)の電話番号にお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は[設備利用のページ](#)でご確認ください。

令和 4 年 7 月 26 日