

X線回折装置

固体材料の結晶性評価，固体材料に含まれる化合物を同定する装置

[型式]

(株)リガク UltimaIV

[仕様]

- ・測定サンプル：平板，粉末
- ・使用管球：Cu
- ・最大電圧・電流：40kV，50mA
- ・最大 2θ ：162°
- ・サンプリング間隔：1/10000°
- ・ゴニオメータ半径：285mm
- ・その他：入射側－集光ミラー，検出器側－モノクロメータ

[設置(登録)年度]

2018年度（平成30年度）



○ 設備・機器に関してのご質問，設備利用の手続き等は，[センター](#)の電話番号にお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は[設備利用のページ](#)でご確認ください。

令和4年7月26日