

恒温器（保存試験）

食品の保存試験（中低温度帯）

【型式】

ヤマト科学（株） IN600

【仕様】

使用温度：-10～50（℃）

温度調節精度（周囲 23℃，槽内 37℃）：±0.3℃（連続）／1.0（サイクル）

温度分布精度（37℃冷凍機連続運転）：±1.0℃

温度制御：PID 制御

運転機能：定値，プログラム

内寸法（cm）：幅 60×奥行 47.7×高 50（内容積 143L）

【設置年度】

1999 年度（平成 11 年度）



○ 設備・機器に関してのご質問，設備利用の手続き等は，[センター](#)の電話番号にお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は[設備利用のページ](#)でご確認ください。

令和 4 年 7 月 25 日