

全自動糖分析装置

血清、血漿、尿中のグルコース濃度の測定

【型式】

エイアンドティー GA06

【仕様】

測定範囲：ノーマルレンジ（6～900mg/dL），ハイレンジ（30～5,000mg/dL）

処理能力：160 検体/時

【設置年度】

2020 年度（令和 2 年度）



○ 設備・機器に関してのご質問，設備利用の手続き等は，[センター](#)の電話番号にお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は[設備利用のページ](#)でご確認ください。

令和 4 年 7 月 25 日