

生理計測データ収録・解析システム

顔の筋電図測定及び解析,

[型式]

BIOPAC Systems MP160WSW/WS, Acqknowledge (ソフトウェア)

[仕様]

アナログ入力：チャンネル数 16 チャンネル, A/D 変換分解能 16 ビット

サンプリング：最大レート 200K サンプル/秒

[設置年度]

2020 年度（令和 2 年度）



○ 設備・機器に関してのご質問，設備利用の手続き等は，[センター](#)の電話番号にお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は[設備利用のページ](#)でご確認ください。

令和 4 年 7 月 25 日