

ガス組成分析装置

包装食品等のガス組成の測定

[型式]

(株)島津製作所 GC-8APT

[仕様]

温度範囲：～400℃

温調精度：±0.1℃以内

昇温速度：1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 16, 20, 32℃/min

[設置年度]

2002年度（平成14年度）



○ 設備・機器に関してのご質問、設備利用の手続き等は、[センター](#)の電話番号にお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は[設備利用のページ](#)でご確認ください。

令和4年7月25日