

## 酸素濃度計

包装食品の酸素濃度の測定

### 【型式】

東レエンジニアリング（株） LC-700F

### 【仕様】

微量サンプルガス用

測定範囲：0～50%

デジタル表示許容差：±3%以内 応答速度：2秒以内

サンプルガス量：5cc 以上

### 【設置年度】

1981年度（昭和56年度）



○ 設備・機器に関してのご質問、設備利用の手続き等は、[センター](#)の電話番号にお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は[設備利用のページ](#)でご確認ください。

令和4年7月25日