

水分活性測定器

水分活性値による食品の保存性（賞味期限等）の予測

【型式】

Novasina ~~AX~~-LABMASTER-AW

【仕様】

測定範囲：0.03～1.00Aw

測定精度：±0.003 aw / ±0.2℃（25℃にて）

再現性：±0.002Aw

【設置年度】

2010年度（平成22年度）



○ 設備・機器に関してのご質問、設備利用の手続き等は、[センター](#)の電話番号にお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は[設備利用のページ](#)でご確認ください。

令和4年7月25日