

マイクロプレートリーダー

食品の機能性の一斉分析

【型式】

DS ファーマバイオメディカル (株) POWERSCAN HT

【仕様】

吸光測定 グレーティングモノクロメーター : 200~999nm (1nm 刻み)

蛍光測定 励起 : 干渉フィルター (4 枚) : 300~650nm


グレーティングモノクロメーター : 200~999nm (1nm 刻み)

測定 : 干渉フィルター (4 枚) : 300~700nm

対応プレート : 6, 12, 24, 48, 96 ウエルプレート

【設置年度】

2011 年度 (平成 23 年度)



○ 設備・機器に関してのご質問、設備利用の手続き等は、[センター](#)の電話番号にお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は[設備利用のページ](#)でご確認ください。

令和 4 年 7 月 25 日