

蒸留装置（ガス式）

酒類のアルコール濃度測定の前処理

【型式】

5本立蒸留器都市ガス用

【仕様】

同時処理本数（本）：5

加熱方法：ガスバーナー（都市ガス）

標準処理量（ml／本）（参考）：100（清酒試験の公定法の場合）

【設置年度】

1995年度（平成7年度）



○ 設備・機器に関してのご質問，設備利用の手続き等は，[センター](#)の電話番号にお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は[設備利用のページ](#)でご確認ください。

令和4年7月25日