## 動物細胞培養装置

動物細胞の培養

## [型式]

エスペック  $CO_2$ インキュベーター BNA-111

## [仕様]

内寸法 (cm) : 48.5×54×高 64 加温方式:ウォータージャケット 加湿方式:自然蒸発 CO<sub>2</sub>

濃度制御方式:自動制御 庫内対流方式:微風循環 温度範囲:外囲温度 5.0~50.0℃

温度変動幅:  $\pm 0.1$ °C (設定温度:  $35.0 \sim 42.0$ °C, 外囲温度:  $23 \pm 5$ °C) 温度分布:  $\pm 0.2$ °C (設定温度:  $35.0 \sim 42.0$ °C、外囲温度:  $23 \pm 5$ °C)  $C0_2$  濃度範囲(%):  $0.0 \sim 20.0$   $C0_2$  濃度変動幅(%):  $0.0 \sim 20.0$ 

庫内湿度(%rh):95以上

## [設置年度]

2002 年度(平成14年度)

