グラフト重合装置

プラズマ照射によって生じるラジカルを重合開始点として、繊維やプラスチックの表面にモノマーをグラフト重合する装置

[型式]

（株）サムコインターナショナル研究所　　PT-501 型

[仕様]

高周波電源部　：13.56MHz、最大出力 200W、進行波･反射波切り替え式

排気、真空系　：直結型ロータリーポンプ、コールドトラップ

ガス系　　：メカニカルフローメーター(Ar ガス、O_2 ガス)、
モノマー導入系(ニードルバルブ付き)、H_2O 導入系(恒温槽による加熱可能)

[設置年度]

1998 年度（平成 10 年度）

○ 設備・機器に関してのご質問、設備利用の手続き等は、電話（084-931-2402）でお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/29/setsubiriyo.html でご確認ください。

令和 6 年 7 月 30 日