

恒温恒湿室

温湿度調整

[型式]

ヤマト科学（株）

[仕様]

温度 : -20～55℃

湿度 : 35～90%RH

面積 : 2.5m×3.4m

出入口 : 0.69m×1.69m

[設置年度]

1987年度（昭和62年度）



○ 設備・機器に関してのご質問，設備利用の手続き等は，[センター](#)の電話番号にお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は[設備利用のページ](#)でご確認ください。

令和4年7月12日