

恒温恒湿器

材料及び製品の温湿度調整、温度処理、湿度処理を行う装置

【型式】

エスペック（株） ARS-1100-J 型

【仕様】

温度性能

温度範囲 : -65～180℃

温度変動 : ±0.3℃

温度勾配 : 3.0℃

温湿度性能

温湿度範囲 : 10～95℃/10～98%rh

湿度変動 : ±2.5%rh

湿度勾配 : 10%rh

試験槽内寸法 : 幅 1,100×奥行 1,000×高さ 1,000mm（突起部を含まず）

【設置年度】

2015 年度（平成 27 年度）



※ 平成 27 年度（公財）JKA 補助金対象機器

○ 設備・機器に関してのご質問、設備利用の手続き等は、電話（084-931-2402）でお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は <https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/29/setsubiriyo.html> でご確認ください。

令和 6 年 7 月 30 日