塩乾湿複合サイクル試験機

各種金属材料・表面処理皮膜（めっき皮膜、塗装など）の耐食性を評価する装置

[型式]

スガ試験機（株）　CYP-90

[仕様]

・塩水噴霧　：35～50℃±１℃

・乾燥　　：（外気温度＋10℃）～70℃±１℃

・湿潤　　：（外気温度＋10℃）～50℃±１℃

[設置年度]

2014 年度（平成 26 年度）

※ 平成 26 年度（公財）JKA 補助金対象機器

○ 設備・機器に関してのご質問、設備利用の手続き等は、電話（084-931-2402）でお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/29/setsubiriyo.html でご確認ください。

令和 6 年 7 月 30 日