

塩乾湿複合サイクル試験機

各種金属材料・表面処理皮膜（めっき皮膜、塗装など）の耐食性を評価する装置

【型式】

スガ試験機（株） CYP-90

【仕様】

- ・塩水噴霧 : 35~50°C±1°C
- ・乾燥 : (外気温度+10°C)~70°C±1°C
- ・湿潤 : (外気温度+10°C)~50°C±1°C

【設置年度】

2014年度（平成26年度）



※ 平成26年度（公財）JKA 補助金対象機器

○ 設備・機器に関してのご質問、設備利用の手続き等は、[センター](#)の電話番号にお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は[設備利用のページ](#)でご確認ください。

令和4年7月11日