

静電気イミュニティ試験機

電子機器が静電気により誤作動するかを定量的に試験する装置

[型式]

ノイズ研究所 ESS-S301

[仕様]

試験電圧 : 0.2kV~30kV

※IEC61000-4-2 対応

[設置年度]

2012 年度 (平成 24 年度)



○ 設備・機器に関してのご質問、設備利用の手続き等は、[センター](#)の電話番号にお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は[設備利用のページ](#)でご確認ください。

令和 4 年 7 月 11 日