

伝導性イミュニティ試験機

スイッチをON/OFFする際に発生するノイズや落雷などで発生する異常に高い瞬間的なノイズの電子機器への影響について試験する装置

【型式】

EM TEST 製 UCS500N5

【仕様】

○ファストトランジェントバースト試験 (IEC61000-4-4)

試験電圧 : 200V~5500V

EUT 電源容量 : AC300V/16A ; 50/60Hz, DC300V/10A

○雷サージ試験 (IEC61000-4-5)

試験電圧 : 160V~5000V

EUT 電源容量 : AC300V/16A ; 50/60Hz, DC300V/10A

○電圧ディップ・短時間停電試験 (IEC61000-4-11)

試験レベル : 100%, 80%, 70%, 40%

EUT 電源容量 : AC300V/16A ; 16Hz-500Hz

【設置年度】

2012 年度 (平成 24 年度)



○ 設備・機器に関してのご質問、設備利用の手続き等は、[センター](#)の電話番号にお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は[設備利用のページ](#)でご確認ください。

令和 4 年 7 月 11 日