

ぜい化温度試験機

ゴム、プラスチックの試料をアルコールや液体窒素などの冷媒で既定の温度まで冷却し、ハンマーで衝撃を加えて破損するかどうかを調べる装置

【型式】

テスター産業（株）

【仕様】

温度設定範囲 : 40°C～-40°C
温度精度 : ±0.5°C
試料掛け数 : 5 試料掛け
ハンマーの線速度 : 183～213cm/sec

【設置年度】

1996 年度（平成 8 年度）



○ 設備・機器に関してのご質問、設備利用の手続き等は、電話（084-931-2402）でお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は <https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/29/setsubiriyo.html> でご確認ください。

令和 6 年 7 月 30 日