

## 燃焼試験機

材料が燃焼を維持するのに必要な最小の酸素濃度（容量パーセントで表し、酸素指数という）を測定する装置

### [型式]

スガ試験機（株） ON-1 型

### [仕様]

試験片：ゴム、プラスチック等で自立できるもの、またはフィルム（寸法 6×12cm）

（本装置は、現在の JIS K 7201「プラスチック－酸素指数による燃焼性の試験方法」に準拠していません。）

### [設置年度]

1994 年度（平成 6 年度）



○ 設備・機器に関してのご質問、設備利用の手続き等は、電話（084-931-2402）でお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は <https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/29/setsubiriyo.html> でご確認ください。

令和 6 年 7 月 30 日