

硬度計（ブリネル硬さ）

ブリネル硬さを測定する装置（JIS Z 2243 参照）

【型式】

（株）前川試験機製作所

【仕様】

圧子の直径 : 10mm, 5mm

試験力 : 29.42kN, 4.903kN

【設置年度】

1980 年度（昭和 55 年度）



○ 設備・機器に関してのご質問，設備利用の手続き等は，[センター](#)の電話番号にお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は[設備利用のページ](#)でご確認ください。

令和 4 年 7 月 11 日