硬度計（ブリネル硬さ）

ブリネル硬さを測定する装置（JIS Z 2243 参照）

[型式]

（株）前川試験機製作所

[仕様]

圧子の直径　：10mm、5mm

試験力　　：29.42kN、4.903kN

[設置年度]

1980 年度（昭和 55 年度）

○ 設備・機器に関してのご質問、設備利用の手続き等は、電話（084-931-2402）でお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/29/setsubiriyo.html でご確認ください。

令和 6 年 7 月 30 日