硬度計(ビッカース硬さ)

材料表面につけた圧痕を、モニター上で1300倍に拡大し、微少な硬度変化を性格に測定する装置 (JIS Z 2244 参照)

[型式]

(株) アカシ MVK-H100

[仕様]

テレビモニタを介しての目視測定可能

試験荷重: 10~1000gf

荷重制御:自動(負荷・保持・除荷)

荷重保持時間 : 5~60s

負荷速度 : 1.3、10、30、60μm/s

測長最小単位 $: 0.01 \mu m$

※測定データは、表計算ソフトで解析可能

[設置年度]

1999 年度(平成 11 年度)



○ 設備・機器に関してのご質問、設備利用の手続き等は、電話(084-931-2402)でお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/29/setsubiriyo.html でご確認ください。