

硬度計（ビッカース硬さ）

材料表面につけた圧痕を、モニター上で1300倍に拡大し、微少な硬度変化を性格に測定する装置（JIS Z 2244 参照）

【型式】

（株）アカシ MVK-H100

【仕様】

テレビモニタを介しての目視測定可能

試験荷重 : 10~1000gf

荷重制御 : 自動（負荷・保持・除荷）

荷重保持時間 : 5~60s

負荷速度 : 1.3, 10, 30, 60 $\mu\text{m/s}$

測長最小単位 : 0.01 μm

※測定データは、表計算ソフトで解析可能

【設置年度】

1999年度（平成11年度）



○ 設備・機器に関してのご質問、設備利用の手続き等は、[センター](#)の電話番号にお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は[設備利用のページ](#)でご確認ください。

令和4年7月11日