三次元測定器

スタイラスと呼ばれる接触子を物体に接触させて接触点の座標値を検出し、複数の点データを計算および合成することで、円や直線、幾何公差を求める装置

[型式]

ミツトヨ　LEGEX707

[仕様]

測定範囲　　：（X×Y×Z）：705×705×455㎜

測定精度　　：（0.48+L/1000）μm

倣いプローブ

[設置年度]

1998 年度（平成 10 年度）

○ 設備・機器に関してのご質問、設備利用の手続き等は、電話（084-931-2402）でお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/29/setsubiriyo.html でご確認ください。

令和 6 年 7 月 30 日