

## 投影機

被検体の映像を正確な倍率でスクリーンに投影する測定器

### 【型式】

(株) ミットヨ PF500

### 【仕様】

測定範囲 : 200×100mm

最少表示量 : 0.001mm

指示精度 : (3+20L/1000) mm

レンズ倍率 : 5×, 10×, 20×, 50×

### 【設置年度】

1997年度 (平成9年度)



○ 設備・機器に関してのご質問、設備利用の手続き等は、[センター](#)の電話番号にお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は[設備利用のページ](#)でご確認ください。

令和4年7月11日