投影機

披検体の映像を正確な倍率でスクリーンに投影する測定器

[型式]

（株）ミツトヨ　PF500

[仕様]

測定範囲　　：200×100mm

最少表示量　：0.001mm

指示精度　　：（3＋20L／1000）mm

レンズ倍率　：5×、10×、20×、50×

[設置年度]

1997 年度（平成 9 年度）

○ 設備・機器に関してのご質問、設備利用の手続き等は、電話（084-931-2402）でお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/29/setsubiriyo.html でご確認ください。

令和 6 年 7 月 30 日