

## 耐水度試験装置

防水加工された各種織物の耐水度を測定する装置

### 【型式】

(株) 大栄科学精器製作所 WR-1600E (低水圧法)

### 【仕様】

試料の大きさ : 約 15cm×15cm 5枚  
測定可能範囲水柱 : 約 100mm～1,600mm  
水の当たる面積 : 100cm<sup>2</sup>  
水槽容量 : 約 1,000ml (最小目盛 10ml)

### 【設置年度】

1992年度 (平成4年度)



○ 設備・機器に関してのご質問、設備利用の手続き等は、[センター](#)の電話番号にお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は[設備利用のページ](#)でご確認ください。

令和4年7月12日