分光放射輝度計

光源（蛍光灯、LED 灯、液晶パネル等）からの光に対し、人間が見たときに感じる明るさや発色等の視覚の光学特性値（輝度・色度・照度等）について定量測定する装置です。

[型式]

（株）トプコンテクノハウス　SR-LEDW-5N

[仕様]

波長測定範囲　：380nm ～ 780nm
波長分解能　　：1.0nm
有効波長幅　　：5nm
測定角　　：2°、1°、0.2°、0.1°
輝度測定範囲　：0.0005cd/m^2 ～ 4,500,000cd/m^2
測定項目　　：輝度、色度、照度、演色性、相関色温度

[設置年度]

2010 年度（平成 22 年度）

○ 設備・機器に関してのご質問、設備利用の手続き等は、電話（084-931-2402）でお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/29/setsubiriyo.html でご確認ください。

令和 6 年 7 月 30 日