近赤外分光放射輝度計

近赤外線の単位面積あたりの発光強度を測定する装置。赤外 LED 部品の評価に使用する。自動車ナンバー読み取り装置、自動ブレーキシステム、センサーや画像処理装置など赤外 LED を利用した製品開発に用いる。

[型式]

(株)トプコンテクノハウス　SR-NIR

[仕様]

測定輝度範囲　：0.5cd/m^2～300,000cd/m^2　(標準の光 A)

測定波長範囲　：600nm～1030nm

測定距離　　：350mm～∞

測定角　　：0.1°、0.2°、1°、2° 切り替え式

[設置年度]

2014 年度（平成 26 年度）

○ 設備・機器に関してのご質問、設備利用の手続き等は、電話（084-931-2402）でお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/29/setsubiriyo.html でご確認ください。

令和 6 年 7 月 30 日