

## 電源装置

照明器具測光装置や分光放射輝度計を照明器具の測定を行う時に、安定した電源を供給する装置

### 【型式】

(株) NF 回路設計ブロック ES2000S

### 【仕様】

出力電力	: 2kVA
交流出力電圧	: 0V~300V
交流最大出力電流	: 20A/ 10A (100V/200V)
出力周波数	: 5Hz~1100Hz
直流出力電圧	: 0~400V
直流最大出力電流	: 9A/4.5A (100V/200V)
測定機能	: 電圧、電流、有効電力

### 【設置年度】

2010 年度 (平成 22 年度)



○ 設備・機器に関してのご質問、設備利用の手続き等は、[センター](#)の電話番号にお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は[設備利用のページ](#)でご確認ください。

令和 4 年 7 月 12 日