電源装置

照明器具測光装置や分光放射輝度計を照明器具の測定を行う時に、安定した電源を供給する装置

[型式]

（株）NF 回路設計ブロック　ES2000S

[仕様]

出力電力	: 2kVA
交流出力電圧	: 0V～300V
交流最大出力電流	: 20A/ 10A（100V/200V）
出力周波数	: 5Hz～1100Hz
直流出力電圧	: 0～400V
直流最大出力電流	: 9A/4.5A（100V/200V）
測定機能	: 電圧、電流、有効電力

[設置年度]

2010 年度（平成 22 年度）

○ 設備・機器に関してのご質問、設備利用の手続き等は、電話（084-931-2402）でお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/29/setsubiriyo.html でご確認ください。

令和 6 年 7 月 30 日