

## X線回析装置

X線を用いて、金属やセラミックスなどの組成分析を行う装置

### 【型式】

(株)島津製作所 XRD-7000

### 【仕様】

ゴニオメータ : 高精度試料水平型

管球 : Cu 管球 2.2kW

### 【設置年度】

2003年度(平成15年度)



○ 設備・機器に関してのご質問、設備利用の手続き等は、[センター](#)の電話番号にお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は[設備利用のページ](#)でご確認ください。

令和4年7月12日