蛍光Ｘ線分析装置

Ｘ線を用いて、鋼・鋳鉄の定量分析や銅・アルミニウム合金などの定性分析を行う装置

[型式]

（株）リガク　ZSXprimus

[仕様]

測定方式	：波長分散方式
測定可能元素	：B～U
照射方法	：下面照射(4kWRh 管球)
最大管電圧×最大管電流	：60ｋV×150mA
最大試料サイズ	：φ45mm×35mm（H)
測定径	：φ30mm、φ20mm、φ10mm、φ1mm、φ0.5mm
分析方法	：FP 法、検量線法、定性分析、MAP 分析、ライン分析、点分析
オートサンプラ試料数	：24 個

[設置年度]

2018 年度（平成 30 年度）

※ 平成 30 年度（公財）JKA 補助金対象機器

○ 設備・機器に関してのご質問、設備利用の手続き等は、電話（084-931-2402）でお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/29/setsubiriyo.html でご確認ください。

令和 6 年 7 月 30 日