赤外分光光度計

赤外波長領域における光の吸収の強さによって、有機化合物の定性分析を行う装置

[型式]

日本分光（株）　FT/IR-6100

[仕様]

１回反射測定装置(ATR PR0450-S)付

赤外顕微鏡(IRT-5000)付

干渉計　：28°入射マイケルソン干渉計

波数範囲　：7800cm^{-1}～350cm^{-1}

分解能　：0.5 cm^{-1}

測定モード　：透過、ATR、顕微反射可

[設置年度]

2011 年度（平成 23 年度）

※ 平成 23 年度（公財）JKA 補助金対象機器

○ 設備・機器に関してのご質問、設備利用の手続き等は、電話（084-931-2402）でお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/29/setsubiriyo.html でご確認ください。

令和 6 年 7 月 30 日