

表面積測定装置

粉体、吸着剤などの固体の表面積をガス吸着法の中の流動法 BET1 点法により測定する装置

【型式】

ユアサイオニクス（株） MONOSORB

【仕様】

測定原理 : BET 1 点法
検出器 : 熱伝導度検出器 (TCD)
比表面積測定範囲 : 0.01m²/g 以上
測定混合ガス : N₂/He
脱気温度 : 室温～400℃

【設置年度】

2001 年度 (平成 13 年度)



○ 設備・機器に関してのご質問、設備利用の手続き等は、電話（084-931-2402）でお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は <https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/29/setsubiriyo.html> でご確認ください。

令和 6 年 7 月 30 日