# 伝導性妨害波測定機

電子機器の電源端子における妨害波電圧（雑音端子電圧）を測定する装置

**[型式]**

スペクトラムアナライザ FSV3（ローデ・シュワルツ 製）

疑似電源回路網 NSLK8128（シュワルツベック 製）

**[仕様]**

スペクトラムアナライザ FSV3

測定周波数 9kHz～3.6GHz

プリコンプライアンス QP、AV 測定

疑似電源回路網 NSLK8128

9kHz-30MHz、単相/3 相 5 線

**[設置年度]**

2012 年度（平成 24 年度）



○ 設備・機器に関してのご質問、設備利用の手続き等は、電話（084-931-2402）でお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/29/setsubiriyo.html でご確認ください。

令和 6 年 7 月 30 日