FFT アナライザ

信号に含まれる周波数成分を観測するための装置です。入力された信号波形をデジタルデータに変換して記録し、フーリエ変換によって信号に含まれる周波数とその大きさを表示します。

[型式]

CF-3200（株式会社小野測器）

[仕様]

チャンネル数	： 2
振幅電圧レンジ	：10mVr～10.0Vr　10dB ステップ
周波数分析レンジ	：1Hz～40kHz
ダイナミックレンジ	：75dB 以上

[設置年度]

1998 年度（平成 10 年度）

○ 設備・機器に関してのご質問、設備利用の手続き等は、電話（084-931-2402）でお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/29/setsubiriyo.html でご確認ください。

令和 6 年 9 月 19 日