音響試験機

円筒の片側に円盤状の試料をセットし、1/3 オクターブの分解能での共鳴音を発生させ音の大きさを測定することによって吸音率を測定する装置。柔らかいシート状材料であれば当センターの円形トムソン刃で試料作成が可能。

[型式]

電子計測（株）　10041 型電子測器

[仕様]

JIS に準拠（1/3 オクターブ）

試験片　：91.6φ（100～2000Hz）、40φ（800～5000Hz）

[設置年度]

1992 年度（平成 4 年度）

○ 設備・機器に関してのご質問、設備利用の手続き等は、電話（084-931-2402）でお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/29/setsubiriyo.html でご確認ください。

令和 6 年 7 月 30 日