

床材滑り試験機

床仕上げ材料の滑り抵抗係数を測定する装置

【型式】

(株) 東洋精機製作所 振り子式 559

【仕様】

JIS 規格 A1407 に基づく

【設置年度】

1972 年度 (昭和 47 年度)



○ 設備・機器に関してのご質問、設備利用の手続き等は、[センター](#)の電話番号にお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は[設備利用のページ](#)でご確認ください。

令和 4 年 7 月 12 日