

無響室・残響室

機器の音響測定, 吸音・遮音測定

[型式]

ヤマトリサーチ製

[仕様]

残響室の容積:約180m³, 床面積:25.9m²

無響室の暗騒音レベル:20dBA以下, 床面積:24.4m²

[設置年度]

1993年度(平成5年度)

