

蛍光X線装置

固体試料の定性・定量分析

[型式]

ZSX primus IV (株式会社リガク)

[仕様]

測定元素 B~U

照射方式 上面照射

試料寸法 最大52mmΦx30mmH

[設置年度]

2021年度(令和3年度)

