

■ 高齢者に関する重大製品事故

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生部道県
平成19年5月28日	A200700010	平成19年3月末	平成19年5月23日	歩行補助車	704	株式会社幸和製作所	重傷1名	自宅近くで当該製品を伸して、段差のないところを歩行中、車体が前に折りたたみ体ごと前に転倒して転び、腰骨にひびが入り1ヶ月以上の加療を要した。	広島県
平成19年6月26日	A200700161	平成19年6月9日	平成19年6月20日	階段移動用リフト	C-MAX C121 /U1	ナブテスコ㈱	重傷1名 軽傷1名	利用者を病院へ連れて行くため、操作トレーニングを受けている家族が不在だったため、やむを得ずトレーニングを受けない別の家族がトレーニングを受けずに操作することが禁止されていることを知りながら操作し、階段を下降中に両者とも転落した。操作者は手の甲を複雑骨折し、利用者は軽傷を負った。	愛知県
平成19年6月27日	A200700168	平成19年6月13日	平成19年6月21日	車いす	6輪車E	日進医療器㈱	死亡1名	トイレにおいて、車いすに移乗する際に転倒し、車いすに倒れ込んだ際、ふくらはぎが重いすのステップランプ部分に引っ掛けられ破裂傷を負った。	福岡県
平成19年7月3日	A200700192	平成19年6月5日	平成19年6月28日	手すり(着脱式)	ED-5036DT GLD	矢崎化工株式会社	重傷1名	被害者が会社所のドア部を通過する時に当該ドアに設置されている兼脱式手すりを使用した際、手すりが脱落しないようロックをする機能であるピンが不効果に解消されてしまう構造であり、ロック機構に手の握り方にによってはロックするピンが不効果に解消されてしまう構造であること、また顧客に対する製品販売時の操作説明が不十分であったことが原因と考えられる。	福岡県
平成19年7月5日	A200700198	平成19年5月23日	平成19年7月2日	車いす(入浴用)	KS10	株式会社ラサイクル	死亡1名	利用者は要介護5で首が安定していない状態である間に、足をフットレストに乗りこなして移乗せられた。利用者をベッドから当該製品へ移乗せた際に、足をフットレストに乗りこなして移乗せられた。利用者は要介護5で首が安定していない状態である間に、足をフットレストに乗りこなして移乗せられた。	長崎県

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県
平成19年6月12日	A200700101	平成19年5月10日	平成19年6月7日	介護ベッド用手すり	死亡1名	着衣がベッドの手すりの固定用ノブに引っかかり、頸部圧迫を起こし、窒息により死亡した。	兵庫県
平成19年8月3日	A200700281	平成19年7月4日	平成19年8月1日	歩行補助車	重傷1名	何らかの原因により、折りたたみロックが外れており、それに気が付かないまま当該製品を押して歩いていたところ、何かにぶつかった瞬間に製品が折りたまられてしまい、しりもちをつき、大腿骨を骨折した。現在、原因を調査中。	三重県
平成19年8月31日	A200700350	平成19年8月19日	平成19年8月28日	段差解消機	死亡1名	自宅縁側に設置された当該製品の上で車いすに乗つた状態でタ源みをしていた。家隣がその場を離れ1時間程して戻ってくると、車いすの左前輪が当該機器から脱輪しており、転落防止用のチエーンが利用者の頭部を圧迫していた。病院に運ばれたが、死亡が確認された。	岐阜県
平成1009年9月4日	A200700375	平成19年8月5日	平成19年8月31日	歩行車	重傷1名	自宅近くの道路で当該製品を使用して散歩中、何らかの理由でバランスを崩したため、当該製品につかまってバランスを保持しようとしたが、転倒した。	埼玉県
平成19年9月19日	A200700431	平成19年9月6日	平成19年9月14日	電動車椅子(ハンドル型)	死亡1名	当該機器に乗車中、急切内で電車にひかれ死亡した。現在、原因を確認中。	大阪府
平成19年9月26日	A200700458	平成19年7月7日	平成19年9月21日	電動車椅子(ハンドル型)	死亡1名	当該製品で、下り坂を走行中に花壇縁石に乗り上げて転倒し、外傷性ショックで死亡した。現在、原因を調査中。	岩手県